



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ ФСЗ 2012/12372
ДУБЛИКАТ

от 28 июня 2012 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано



Увлажнитель дыхательных смесей MG с принадлежностями
(см. Приложение на 2 листах)

производства

"Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань,

Great Group Medical Co., Ltd., № 81, Sec. 1, Guoguang Rd., Dali City, Taichung
County 41262, Taiwan

класс потенциального риска 2а

ОКП 94 4460

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 7083 от 07.03.2012

приказом Росздравнадзора от 28 июня 2012 года № 3099-Пр/12
разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской
Федерации

выдан приказом Росздравнадзора от 05 ноября 2019 года № 8249,
оригинал регистрационного удостоверения признается недействующим.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

Дубликат выдан 05 ноября 2019 года

0044075

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Лист 1

№ ФСЗ 2012/12372

ДУБЛИКАТ

I. Увлажнитель дыхательных смесей MG, варианты исполнения: MG 1000, MG 2000, MG 3000.

II. Принадлежности:

1. Камера увлажнителя однократного использования - не более 100 шт.
2. Камера увлажнителя однократного использования с функцией автоматического заполнения - не более 100 шт.
3. Камера увлажнителя многоразового использования с функцией автоматического заполнения - не более 2 шт.
4. Камера увлажнителя многоразового использования педиатрическая - не более 2 шт.
5. Камера увлажнителя многоразового использования (без улитки) - не более 2 шт.
6. Камера увлажнителя многоразового использования - не более 2 шт.
7. Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, серия 07 (тип коннектора Lemo) - не более 2 шт.
8. Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, серия 07 (тип коннектора Lemo) - не более 2 шт.
9. Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, серия 07 (тип коннектора Molex) - не более 2 шт.
10. Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, серия 07 (тип коннектора Molex) - не более 2 шт.
11. Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, серия 07 (тип коннектора F&P) - не более 2 шт.
12. Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, серия 07 (тип коннектора F&P) - не более 2 шт.
13. Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, серия 08 (тип коннектора Lemo) - не более 2 шт.
14. Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, серия 08 (тип коннектора Lemo) - не более 2 шт.
15. Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, серия 08 (тип коннектора Molex) - не более 2 шт.
16. Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, серия 08 (тип коннектора Molex) - не более 2 шт.
17. Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, серия 08 (тип коннектора F&P) - не более 2 шт.
18. Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, серия 08 (тип

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
28 июня 2012 года**

Д.Ю. Павлюков

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Лист 2

**№ ФСЗ 2012/12372
ДУБЛИКАТ**

коннектора F&P) - не более 2 шт.

19. Нагревательный элемент многоразового использования (длина 180 см) - не более 5 шт.
20. Нагревательный элемент многоразового использования (длина 150 см) - не более 5 шт.
21. Нагревательный элемент многоразового использования (длина 130 см) - не более 5 шт.
22. Нагревательный элемент многоразового использования (длина 120 см) - не более 5 шт.
23. Температурный датчик (длина 110 см) - не более 2 шт.
24. Температурный датчик (длина 130 см) - не более 2 шт.
25. Температурный датчик (длина 150 см) - не более 2 шт.
26. Температурный датчик (длина 180 см) - не более 2 шт.
27. Угловой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) - не более 5 шт.
28. Прямой адаптер (22 mm F - 22 mm M/15 mm F) - не более 5 шт.
29. Прямой адаптер (22 mm M/15 mm F - 22 mm M/15 mm F) - не более 5 шт.
30. Прямой адаптер (10 mm M to 10 mm M) - не более 5 шт.
31. Абсорбирующая бумага для камеры увлажнителя MGCH006 (упаковка 100 листов) - не более 5 шт.
32. Проводник нагревательного элемента (длина 150 см) - не более 5 шт.
33. Проводник нагревательного элемента (длина 210 см) - не более 5 шт.

7

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
28 июня 2012 года



Д.Ю. Павлюков